文件编号: WU-ISCMS-QM 20214697

版本号: V2.0

受控状态:

分发号:

分子科学公共实验平台 质量管理文件

制备液相色谱仪(反相)Waters Prep_150 (Rev)标准操作规程

2020年 01 月 18 日发布

年 月 日实施

分子科学公共实验平台 发布

修订页

修订日期	版本号	修订说明	修订	审核	批准
100日朔	似平 与		多月		7儿1庄
2020.01.08	V1.0	发布试行	陈银娟	卢星宇	
2022.02.09	V2.0	修订安全及操作规范	陈银娟	陈银娟	卢星宇
			. 1/	/ >	
			4	Y	
			(1)		
		(-)-			
		X			
		-72/			
	1	75.			

目 录

1.	目的.		7
2.	范围.		7
3.	职责.		7
4.	色质	谱实验室安全管理规范	8
	4.1.	进入或离开实验室规定	8
	4.2.	实验操作规定	8
	4.3.	气瓶使用规定	9
5.	色质	谱实验室仪器设备管理规范	10
	5.1.	制备液相色谱仪(反相)预约与使用	
	5.2.	预约制度	
	5.3.	培训考核制度	
6.	实验	内容	12
	6.1.	文验前准备	12
	6.2.	样品的准备	12
	6.3.	仪器主机组成	13
	6.4.	Empower 软件	
	6.5.	仪器运行	15
	6.5.1.	Empower 界面介绍	15
	6.5.2.	项目文件及仪器配置系统选择	16
	6.5.3.	Run Sample 界面介绍	17
	6.5.4.	仪器准备工作	18
	6.5.5.	打开质谱	21
	6.5.6.	编辑仪器方法	22
	6.5.7.	放入样品	31
	6.5.8.	建立样品组文件	33
	6.5.9.	运行样品	36
	6.6.	样品收集	40

	6.7.	实验结束处理	.43
	6.8.	查看/处理数据	.44
	6.9.	退出操作	.50
7.	相关	/支撑性文件	.50
8.	记录		.50
附表	录 1:	制备液相色谱简易操作指南	.51
附表	₹ 2:	制备液相色谱仪(反相)模式切换	.52

1. 目的

建立制备液相色谱仪(反相)(Prep 150 (Rev))使用操作规程,使其被正确、规范地使用。

2. 范围

本规程适用于所有使用制备液相色谱仪(反相)的用户。

3. 职责

- 3.1. 用户:严格按本程序操作,发现异常情况应及时汇报实验室技术员。
- 3.2. 实验室技术员:确保操作人员经过相关培训,并按本规程进行操作。
- 3.3. 文章致谢格式:

根据学校指导意见,使用各校级平台仪器设备表征产生的科研成果必须致谢平台。如果您在文章成果中使用了光谱、色质谱、磁共振波谱以及其他属于分子科学平台的仪器设备,请务必在文末致谢分子科学公共实验平台。

英文文章致谢:

- ①Acknowledgement: The author thanks (Dr. XXX from) Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences at Westlake University for (the assistance/discussion/supporting in) ... measurement/data interpretation.
- ②Coauthorship on the resulting publications would be appreciated if our staff make technical contributions (including but not limited to critical sample preparation, novel experiment designation and comprehensive data analyzation).

Affiliation address: "Key Laboratory of Precise Synthesis of Functional Molecules of Zhejiang Province, School of Science, Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China."

中文文章致谢:

- ① 致谢:感谢西湖大学分子科学公共实验室平台 XXX 博士(或者 XXX 老师)在...... 表征或数据分析上提供的帮助。
- ② 共同作者:如果分子科学平台老师在您课题组样品表征或文章发表上有重要技术贡献(包括但不限于关键样品制备、新型实验设计和深度数据分析),我们感谢您将相关

老师列为共同作者,作者单位地址如下:西湖大学,分子科学公共实验平台,功能分子与精准合成浙江省重点实验室,杭州,310030,浙江。

4. 色质谱实验室安全管理规范

4.1. 进入或离开实验室规定

- 4.1.1. 进入实验室之前必须通过学校、中心和平台的安全考试或考核,严格遵守本实验室的各项安全警示标识。
- 4.1.2. 进入色质谱实验室,请仔细阅读本实验室的安全管理规定。
- 4.1.3. 进入实验室需穿戴实验服,严禁穿拖鞋、高跟鞋进入实验室,长发请束发。
- 4.1.4. 进入实验室应了解消防器具与紧急逃生通道位置,实验室通道及消防紧急通道 必须保持畅通。
- 4.1.5. 严禁将自己授权的门卡转借他人,一旦发现将进行禁用处理。
- 4.1.6. 禁止将实验无关人员带入实验室。
- 4.1.7. 严禁在实验室饮食、吸烟或随意走动。
- 4.1.8. 夜间实验, 需两人在场。
- 4.1.9. 为保持实验室内环境温度及湿度稳定,进入实验室后保持实验室门窗关闭。实验结束后,实验人员必须进行清场。最后离开实验室人员需检查水、电、门窗等。
- 4.1.10. 严禁戴手套接触门把手或电梯。禁止随意丢弃实验废弃物。
- 4.1.11. 实验室应保持整洁,严禁摆放与实验无关的个人物品。
- 4.1.12. 空压机及 UPS 所处房间应使用空调,要保持室内空气干燥,在潮湿的季节应该除湿。至少每周一次检查除湿机有无积水。

4.2. 实验操作规定

- 4.2.1. 实验室内均为大型科研设备,有专人负责管理,未经培训人员,不得擅自上机使用。
- 4.2.2. 送样或自主上机的用户,均需使用大仪系统进行系统。
- 4.2.3. 请严格按送样要求进行制样。由于样品问题造成色谱柱损坏或仪器配件更换, 无论独立上机或是委托测试,费用将由用户所在课题组承担;

- 4.2.4. 请严格按仪器操作规程进行操作。实验过程中有任何不确定必须联系技术员, 自主上机因操作错误造成设备或色谱柱等损坏的,该用户课题组也需承担相关 费用。
- 4.2.5. 实验过程中如发现仪器设备发生异常状况、仪器报错、报警等,务必立即联系 仪器负责人严禁擅自处理、调整仪器主要部件,凡自行拆卸者一经发现将给予 严重处罚。
- 4.2.6. 色谱类仪器,必须根据样品分离方法和要求,选择合适的色谱柱或设置洗脱梯度、进样盘等,因用户本人选择色谱柱或梯度设置错误,导致仪器故障或色谱柱耗材损坏的,所有费用由课题组全权负责。
- 4.2.7. 仪器均为高压设备,使用仪器需严格遵守用电安全规定,严禁擅自更改电路或 切断仪器电源等相关危险操作。
- 4.2.8. 实验室内的药品、试剂必须存放药品柜,并做好使用登记。
- 4.2.9. 使用化学试剂或药品前,必须了解其物理化学性质、毒性及防护方法,使用时必须配戴护目镜、手套等,做好个人防护。
- 4.2.10. 非常规实验测试须技术员同意并指导方可进行。实验数据须通过学校数据中心进行下载,禁止将个人U盘、移动硬盘等易带入病毒的存储设备与各色质谱仪器工作站连接拷贝数据。
- 4.2.11. 垃圾、废液必须严格按标识进行分类,禁止将锐器、玻璃丢弃在常规垃圾箱中。
- 4.2.12. 自主上机用户须在预约时间内须使用本人的账号登陆基理系统进行仪器使用; 使用结束应做好仪器使用等级,如实记录仪器使用状态。

4.3. 气瓶使用规定

- 4.3.1. 首次使用实验室气瓶,须经实验室技术员培训指导。
- 4.3.2. 请按实验室气瓶标识选择正确的气源。
- 4.3.3. 打开气瓶, 先确认管路已连接稳妥, 禁止未接气路或气路未连接稳妥, 开气瓶 减压阀。
- 4.3.4. 更换气瓶,首先确保减压阀关闭,且管路中气压排空归零,先用扳手拧松后,再用手旋下管路。换气瓶,确认气瓶螺纹吻合后,先手紧气体管路,再用扳手拧 1/8 圈左右。

- 4.3.5. 开气瓶或更换气瓶,禁止站在减压阀出气口正前方。
- 4.3.6. 测试过程中,请根据需要及时更换气瓶。使用者应根据气瓶使用情况,变更气瓶使用脚状态"满瓶""使用中""空瓶"等。
- 4.3.7. 气瓶应保持正立并固定。

5. 色质谱实验室仪器设备管理规范

5.1. 制备液相色谱仪(反相)预约与使用

该仪器遵从学校"科研设施与公共仪器中心"对大型仪器设备实行的管理办法和"集中投入、统一管理、开放公用、资源共享"的建设原则,面向校内所有教学、科研单位 开放使用,根据使用机时适当收取费用,并在保障校内使用的同时,面向社会开放。

该仪器的使用实行预约制度,请使用者根据样品的测试要求在学校"大型仪器共享管理系统"(以下简称大仪网)进行预约,非特殊情况,本仪器只开放自主上机,并按照要求登记预约信息。根据预约制度可登陆大仪网站即时预约机时,包括周末;寒暑假及国庆假期将另行通知。

自主上机

- ① 色质谱仪器培训至少需要两小时,申请培训前先与仪器负责人联系。
- ② 请在大仪网预约培训机时,培训时请携带纸质版仪器培训申请表。
- ③ 技术员进行现场培训。
- ④ 培训后两周内,用户可在技术员指导下用实际样品进行上机测试,并按自主上机 计费;根据自身掌握情况,用户需在两周内进行上机考核,考核通过的用户即获 得自主上机权限,原则上一星期复考;未考核或考核不通过的用户,需重新接受 培训。

5.2. 预约制度

为充分利用仪器效能、服务全校科研工作,根据测试内容与时间的不同,实验室仪器需进行网上预约制度。制备液相色谱仪(反相)使用涉及流动相更换,自主上机用户需根据预约制度登陆大仪共享网站最少提前 30 分钟预约机时,包括周末; 寒暑假及法定节假日请关注实验室实时通知。

请严格遵守预约时间使用仪器,以免浪费机时。如需调换时间段,在技术员同意下可与其他使用者协商。因故不能在预约时间内测试者,请提前30分钟取消预约并通知

技术员。恶意预约机时或有多次无故不遵预约时间的用户,实验室将进行批评教育、通报批评或取消上机资格等处罚。

Ŋ	[约时段	预约时间	测试内容		
周一至周日	09:00 至 22:00	不限制	反相制备		

- (1) 校内使用者须经过技术员的实验操作培训,考核合格后方可上机使用;
- (2) 实验开始时务必在实验记录本上登记,结束后如实记录仪器状态:
- (3) 严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。使用期间如仪器出现故障,使用者 须及时通知技术员,以便尽快维修或报修,隐瞒不报者将被追究责任,加重处 理;
- (4) 因人为原因造成仪器故障的(如硬件损坏),用户课题组须承担维修费用;
- (5) 本实验室所有原始数据不允许在仪器工作站上删改,尤其不允许用 U 盘与移动 硬盘直接拷贝。用户应根据要求通过科研仪器网/数据服务器传送下载原始数据 至本地电脑,以保存并做数据处理;实验数据在本实验室电脑中保留 2 年。
- (6) 用户应保持实验区域的卫生清洁,测试完毕请及时带走样品,技术员不负责保管。

使用者若违犯以上条例,将酌情给予警告、通报批评、罚款及取消使用资格等惩罚措施。

5.3. 培训考核制度

校内教师、研究生均可提出预约申请,由技术员安排时间进行培训,培训内容包括仪器使用规章制度、送样须知及安全规范、基本硬件知识、标准操作规程(自主测试)及相应数据处理。

培训结束后,两周内培训者需管理人员监督下进行 5 次左右操作,培训者根据自己的掌握程度,联系技术员进行上机考核。初级考核合格后,可在管理人员监督下上机操作,一周后复考;

实验室技术员认为培训者达到独立操作水平后,给予培训者授权在所允许的可操作实验范围内独立使用仪器。如果因为人为操作错误导致仪器故障者,除按要求承担维修

费用之外,给予重考惩罚、培训费翻倍。

对接受培训人员的核心要求:

- (1) 了解液相色谱、低分辨液质的基本原理及其应用的多学科背景知识;
- (2) 熟练掌握 Empower 软件系统,严格按照标准操作规程操作,防止因人为操作不当造成仪器故障,认真做好仪器的使用及故障记录。

6. 实验内容

6.1. 实验前准备

- (1) 实验前请确认好样品分离条件;
- (2) 检查流动相、洗针液等的成分和体积,确保可以完成测试;

常用流动相:流动相A: H₂O (超纯水)

流动相B: ACN 或者甲醇(根据需要)

有机相:建议使用进口HPLC级别或者进口制备级实际。

注意:

- ① 请根据实验需要加酸。
- ② 需要用特殊流动相,务必提前与技术员协商,确认色谱柱和仪器兼容,请根据色谱 洗脱梯度及实验室需要配置所需流动相:
- ③ 该仪器默认为反相模式,接C18色谱柱;需要使用正相模式,至少提前一周联系技术员进行切换,且正相模式不接质谱使用。
- ④ 本仪器所需流动相,用户自备。

其他溶液: Seal Wash (高比例水相): 10%ACN+90%H₂O;

SNW (高比例有机相): 90%ACN+10%H₂O;

6.2. 样品的准备

- ① 溶剂:样品首选甲醇/乙腈/水溶剂溶解且要求去盐;
- ② 为获得良好的纯化效果,初产物需在实验室进行过柱子/爬板等纯化处理:
- ③ 浓度: 10-50 mg/ml;
- ④ 样品处理:上机前最后一步过0.45μm膜过滤后或者超离心(11000 rpm, 15 min取上 清液)
- ⑤ 样品瓶:预开口2 ml样品瓶或者10 ml样品瓶,完成后对着光检查确保瓶中没有气泡。

⑥ 禁止因素:控制好浓度;无盐,无无机酸碱,无特殊有机溶剂,无表面活性剂、离子液体、三苯基膦类化合物等。

补充说明:样品溶液须过滤澄清,严禁含有不可溶性颗粒或含有蛋白质、核酸、多糖等大分子;样品溶液pH在2-8范围内,生物样品、微生物培养液等样品,必须经过去除蛋白质、脂类和多糖的操作,然后用流动相溶解;不得含有表面活性剂;不得含有机或无机强酸强碱、三氟乙酸等。送样需说明样品保存条件、稳定性、溶解性、毒性、余样是否需要取回等信息。

重要提醒: 1) 送样人员必须对测试样品的合法性负责,未注明合法性和物理化学性质的样品不予测试。如测试过程中发现样品含毒品类非法样品,送样人将负法律责任。

2)因送样溶液不符合要求而导致管道堵塞或对仪器造成损坏的,根据情节严重情况进行通报批评、禁用或赔偿等处罚。

注意:由于用户的样品问题导致仪器异常或配件更换,所有责任将由用户及所在课题组或单位承担。

6.3. 仪器主机组成

如图 6-1,制备液相色谱仪(反相)硬件包括以下几个部分:溶剂管理器、自动进 样器、PDA 检测器、四极质谱检测器、馏分回收器等。




图 6-1

6.4. Empower 软件

6.4.1. 基理系统登陆

接入大仪网的仪器操作电脑均需要登陆基理锁屏界面。

(1) 如图 6-2(a),如界面显示"一卡通用户",请在 Account 输入预约者的一卡通账户, Password 栏输入相应账户密码,点击 Submit;

注意:如账号或密码输入错误,请按键盘 Delete 键进行删除,再重新输入;禁止点击 Cancel, 否则仪器会自行关机。

(2) 如图 6-2(b), 如界面显示"LIMS User", Account 显示 Administrator, 请与相关老师联系。



图 6-2

6.4.2. 软件图标

本仪器使用的操作软件为 Empower(图 6-3),登陆基理系统后,双击 Empower 图 标,弹出 6-4 系统登陆界面。



图 6-3

6.4.3. 软件登录

如图6-4,输入用户名User Name和密码Password,点击OK确认,弹出6-5。

User Name: 默认为为课题组负责人PI姓名小写全拼;

Password: 默认为PI姓名小写全拼或小写+123(课题组自行更改除外)。




图 6-4

6.4.4. Empower 界面分布

Configure the System:查看接入 Empower 中的操作系统以及设置数据存储路径;

Empower 管理员新建文件及用户

Run Samples:运行样品

Browse Projects: 查看及处理数据

注意: Configure the System 中的用户账号及存储文件由管理员操作,新用户请联系仪器负责人。



图 6-5

6.5. 仪器运行

6.5.1. Empower 界面介绍

Empower界面,双击Run Sample,弹出图6-7。




图 6-6

6.5.2. 项目文件及仪器配置系统选择

如图6-7, 选择Project in which to acquire data (选择方法、数据等存储位置)和 Chromatographic Systems (选择仪器配置)。点击OK, 进入样品运行窗口(图6-8)。

- ① Project in which to acquire data: Projects---PI Projects---PI---Prep150查看PI Project 项本组项目文件。如不存在,请联系技术员。
- ② Chromatographic Systems: Prep 150_RE 或者Prep 150_RE_MS,且不可同时使用 (Lace03),默认为Prep 150_RE。如需使用Prep 150_RE_MS,请先点击Configure the System,进入System,先选中Prep 150_RE-右键-Take offline,再选中Prep 150_RE_MS-右键-Bring Online,反之亦然。使用Prep 150_RE_MS模式时,请注意硬件连接是否正确。参见附件Prep 150_RE与Prep 150_RE_MS切换。

注意: (1) 在Projects下,每个课题组会有以PI姓名命名的二级项目文件,二级项目下包含以仪器命名的三级项目文件。用户首先应在图6.7中(Project in which to acquire data) 找到自己课题组二级项目,然后在该二级项目文件下,找到要使用仪器的三级项目;然后在系统配置框(Chromatographic Systems),选择相应的仪器配置。(2)张三组李四同学使用制备液相色谱仪(反相),项目路径为: Projects-Zhangsan-Perp150。



6-7

6.5.3. Run Sample 界面介绍

Run Sample 界面如图6-8。该窗口下方包含示菜单栏/快捷方式栏、样品运行列表、样品管理器(Sample Manager)、四元溶剂管理器(Quaternary Solvent Manager)、PDA检测器(PDA Detector)、仪器方法编辑(Instrument Method)、QDa Detector、馏分回收器(WFCIII Fraction Collector)等子窗口。



图6-8

6.5.4. 仪器准备工作

6.5.4.1. 进入系统控制台

自动样品管理器(2707),单机右下角按钮(图6-9),打开Console界面(图6-10),控制台界面(Console): 左列显示溶剂管理器(H1845Q795M)、自动进样器(27072 Autosampler)、四极质谱检测器(QDa Detector)和二极管阵列检测器(2998 PDA Detector)。



图6-9



图6-10

6.5.4.2. Seal Wash清洗

如图6-11,选择H1845Q795M溶剂管理器---点击Control-Prime seal wash,运行**两分**

注: 再次点击Prime seal wash,则seal wash 泵运行停止。




图6-11

6.5.4.3. Prime solvents灌注操作

如图6-12,选择H1845Q795M溶剂管理器---选择Control-Prime solvents,弹出图6-13对话框,勾选所需的流动相流路(A为水相,B为有机相),设置每一相流路的灌注时间(1 min),点击Start。灌注操作,Console界面显示H1845Q795M溶剂管理器:Priming 状提示(图6-14)。

注:灌注前要确认流动相(A为水相,B为有机相)是否正确,量是否充足。




图6-12




图6-13




图6-14

6.5.4.4. 自动进样器Prime操作

如图6-15, Console界面,选择2707 Autosampler; 点击Control- Wash/Prime needle操作,弹出图6-16对话框。设置设置Number of cycle为3-5次,点击OK。样品管理器Purge 阶段,Console界面显示Sample Manager: Priming状态提示(图6-17)。仪器灌注清洗结束,Console界面显示如图6-17右图所示,System Status指示灯亮,无其他状态显示。



图6-15




图6-16




图6-17

注: 先进行Seal wash操作,再进行Prime solvent操作 Seal wash或者Prime solvent可与自动进样器Prime同时操作

6.5.5. 打开质谱

点击 QDa Detector 右下角开关即可。

注: 如为 Prep150_RE 模式,请直接到 6.5.6 方法编辑。




图6-18

6.5.6. 编辑仪器方法

6.5.6.1. 如图 6-19,在 Run sample 界面,找到 Instrument Method 小窗,双击 Edit。电脑桌面下方出现闪烁的新图标,点击该图标进入 Instrument Method Editor 方法编辑窗口。



图6-19

Instrument Method Editor 方法编辑窗口,显示图表栏显示 W25X5Q、W2707、ACQ-QDa、W2998、WFCIII。依次对上述模块进行设置。




图6-20

6.5.6.2. 设置 W25X5Q 模块(溶剂管理器)

选中 W25X5Q 模块图标,进 General 栏项目设置 A、B 相成分(A 为水相,B 为有机相),系统压力上下限及洗脱梯度(流速 20 ml/min),勾选 Data—System Pressure。




图6-21

注意事项:

- 1) 默认 A 相水相, B 相有机相, C18 反相洗脱, 禁止用 100%水相(其他色谱柱请咨询 技术员);
- 2) 系统压力: 当前显示 6000 psi 为系统压力, 高压建议设置为色谱柱承受的最大压力。
- 3) 反相梯度洗脱(按极性由强到弱进行洗脱): 开始梯度为 A%>B%; 洗脱阶段逐步过渡到 A%<B%, 冲洗是让洗脱梯度保留一段时间, 随后逐渐回到 A%>B%初始状态,并进行 2 min 左右的平衡维持。




图6-22

6.5.6.3. W2707 模块(样品管理器)

本模块可不进行相关设置。注意严禁用手拉动进样盘,进样瓶移出操作,请在 Run sample右键-Move tray forward。样品运行,进样盘会自动移入,禁止手动推拉进样 盘。




图6-23




图6-24

6.5.6.4. 设置 W2998 模块 (PDA 检测器)

选择选中W2998模块图标,设置General选项,波长范围为190-800nm,General为全波长扫描;某一波长扫描,选择2D channel,设置波长即可(图6-25)。Analog out 和 Events无需设置。2D Channels:设置单波长扫描,最多设置八个单通道。

注:如不需要PDA检测器,请除去Lamp on前面的对勾。




图6-25

6.5.6.5. 设置 ACQ-QDa 检测器

普通设置: 选中ACQ-QDA模块图标,设置General选项,自上而下进行以下操作:

- 1) 勾选Operate,设置m/z扫描范围,max为1250 Da;
- 2) 正离子模式勾选Positive Scan, 负离子模式勾选Negative Scan;
- 3) 设置样品采集速率>5 points/se, 通常设置为10 points/sec;
- 4) 设置ESI+或者ESI-毛细管电压: ESI+: 0.8-1.5 kV; ESI-: 0.5-1.8 kV。





图6-26

高级设置:选中ACQ-QDA模块图标,点击6-26中右上角Advance选项设置。

(1) MS Scan 无明确组分要求(图6-27)

设置: Ionization-ES; Function:下拉选择MS Scan, Ion mode-根据需要,大部分情况用 ES+; Start(min) - 0,Stop(min) - 液相洗脱时间;

点击Show Function Details,弹出图6-27右侧对话框,Scan-设置m/z范围,Cone Voltage 选择Use Tune






图6-27

(2) SIR Scan 有明确目标物(图6-28)

设置: Ionization-ES; Function:下拉选择SIR, Ion mode-根据需要, 大部分情况用ES+; Start(min) - 0,Stop(min) - 液相洗脱时间;

点击Show Function Details, 弹出图6-28右侧对话框, Channels-设置Mass(Da),即目标离子质荷比, Cone Voltage选择Use Tune; Span: 0.4-0.6

注:可以同时设置MS Scan和多个SIR模式,离子模式须相同,ES+或者ES-,禁止同一个方法里设置不同离子模式。




图6-28

6.5.6.6. WFCIII 模块 (馏分收集器)

(1) 方法建立阶段

① 设置General选项: Instrument Parameters:

Flow rate: 20 ml/min, 同流动相流速;

- ② Collection Parameters选项: %Peak Collection设为0;
- ③ 其他参数:


Analog sensitivity (AU/V):默认1;

%monitor collect between windows:两个流动相谱峰之间的时间段是否收集,设为0 勾选Enable aux chromatogram;

Collect multiple injections per position不勾选;

Skip tube between injections不勾选。





(2) 样品回收阶段

- ① 设置General选项: Instrument Parameters:
 - a) Flow rate: 20 ml/min, 同流动相流速;
- ② Collection Parameters选项:设置收集时间段;收集条件,一般为time,一定要设置%peak collection, %Peak Collection设为100或其他比例;
- ③ 其他参数:

Analog sensitivity (AU/V):默认1;

%monitor collect between windows:两个流动相谱峰之间的时间段是否收集,设为0 勾选Enable aux chromatogram;

Collect multiple injections per position不勾选;

skip tube between injections不勾选。




图 6-30

6.5.6.7. 保存方法及方法组文件

编辑好液相洗脱方法后,点击File-Save,保存色谱方法文件;点击File-Save with Method Set,保存方法组文件。方法文件和方法组文件可重名。命名规则:用户 样品。




图6-31

6.5.7. 放入样品

将待测样品放入样品盘。图6-32是自动进样器样品盘实物图。制备液相色谱可使用进样盘:

- (1) 金属12*10ml进样盘;样品盘代号为2707 PREP 12*10ml vials
- (2) 蓝色48*2ml进样盘,样品盘代号为 ANSI-48Vail 2 ml Holder




图6-32

6.5.7.1 软件选择2707 Autosampler---Move tray forward

自动进样器马达运行,将进样盘移出(图6-33)。<mark>注意严禁用手拉动进样盘,进样瓶移</mark>除操作。

- 6.5.7.2 去取进样盘(左侧为1号盘,右侧为2号盘),放样
- 6.5.7.3 将样品盘放入自动进样器盘托即可。进样时,自动进样器会自行工作。

样品盘A1与样品盘托A1重叠为正确方法,请确保样品水平放置且与盘托四周贴合,禁止出现高低、斜角等错误放法,否则自动进样器损坏由用户承担所有责任。




图6-33

6.5.8. 建立样品组文件

在Run Sample 页面,Samples栏,显示Sample Set Method表格,包括样品瓶位置 (Plate/Well),进样体积(Inj Vol),进样次数(#of Injs),样品名称(SampleName), 方法组/报告/导出方法文件(Method Set/Report or Export Method),运行时间(Run Time)等项。运行时间至少与洗脱梯度一致。



图6-34

6.5.8.1. 样品瓶位置 (Plate/Well)

点击图6-35上Plates图标,显示样品瓶选择对话框(图6-36)所示。制备液相色谱仪 (反相)使用的样品盘

类型1为蓝色48*2ml进样盘,样品盘代号为 ANSI-48Vail 2 ml Holder (6*8孔),仪器共两个样品盘,根据6.5.7操作,选择正确的样品盘和样品瓶位置,斜角处样品为A1位置。

类型2为蓝色12*10ml进样盘,样品盘代号为 2707 PREP 12*10ml vials (3*4孔),仪器共两个样品盘,根据6.5.7操作,选择正确的样品盘和样品瓶位置,斜角处样品为A1位置。

点击样品位置如A1, Insert, 最后点击OK, 关闭对话框。 选择样品位置后, 样品列表如图6-37所示。



图6-35




图6-36

	Sample Set Method: Untitled																	
r	Plat	te/Well	Inj Vol (uL)	# of Injs	Label	SampleName	Level	Function	Method Set / Report or Export Method	Label Reference	Processing	Run Time (Minutes)	Data Start (Minutes)		RI Sensitivity	Auto Additions	SampleWeight	Dilution
	1 1:A	۱,2	10.0	1				Inject Standards			Normal	10.00	0.00	0.00			1.00000	1.00000

图6-37

6.5.8.2. 样品序列/样品组序列继续编辑

- ① 进样体积(Inj Vol ul):标准进样20 ul (分析阶段与制备阶段进样量不同);
- ② 进样次数(# of injs): 根据实验需要,除测试重现性外,建议选择单次进样;
- ③ 样品名称(SampleName):建议原则 PI_用户_日期_样品,如ZS_LS_20220208,可以备注自己的样品名;
- ④ 功能(Function):样品选择Inject Samples;标样选择: Inject Standard;

- ⑤ 方法组文件(Method Set):下来选择6.5.6.7中保存的方法组文件;
- ⑥ 处理 (Processing): Don't Report;
- ⑦ 运行时间(Run Time):至少跟洗脱梯度时间一致; 其他栏可以不填写。

最终样品序列参见图6-38。




图6-38

6.5.8.3. 保存样品组文件

完成进样序列编辑并确认无误后,在Run Sample界面,点击 图标,弹出对话框,保存样品组文件。样品组文件名命名规则:用户名全拼_Prep150(MS),如 lisi_Prep150(MS),点击Save,保存确认。以便下次能快速找到自己的样品序列文件。




图6-39

注:用户保存方法组文件后,以后通过File调用自己的样品序列,继续编辑使用。

ave current sample set m	ethod			>
Names:				
N				
Name				
Method Comments:				
				7
,				
				\\\\
		Save	Cancel	Help
		Jaib	Dallos	Пор

图6-40

6.5.9. 运行样品

6.5.9.1. 加载方法

注:加载方法之前,请确认(1)仪器准备工作已完成;(2)质谱电压已开启:(3)接质谱模式,硬件已连接。

在Run Sample界面,选择Instrument Method子窗口,下拉选择6.5.6.7中保存的色谱方法点击Setup,加载色谱方法(图6-41),此时溶剂管理器开始运行,PDA紫外灯打开,进行初始流动相平衡。在Run Sample界面或Console界面四元溶剂管理器子界面,观察系统压力差,当差值<50 psi(图6-42),表示初始流动相已平衡,可开始运行样品。




图6-41



图6-42

6.5.9.2. 运行方法

系统压力<50 psi,在Run Sample界面,点击 Run图标(图6-43)。在图6-44中,选择Inject only selected lines,点击Run运行。仪器开始运行。

需要运行的样品序列,会转跳到Running 栏;当前运行的样品序列,会以样品序列信息会以红色标记;样品序列运行时,在Run Sample界面,会出现当前正在运行的样品结果(图6-45)。运行结束后,所有已结束的样品序列会转跳到Samples栏。

- 注: (1)建议请先运行一针溶剂空白,或者初始比例多走一段时间;
 - (2) 不建议一次性提交所有待测样品,以免方法不满足样品测试要求;
- (3)进样过程中,如发现样品错误,请让此次进样正常运行结束,禁止立即停止运行,以免样品保留在色谱柱上,影响后续进样分析结果。




图6-43






图6-45

6.5.9.3. 样品序列运行结束显示

样品序列运行结束后,样品行会转跳至Samples栏,Running栏空白,序列中止快捷 图标显示灰色。




图 6-46

6.5.9.4. 方法优化

根据6.5.9.3中的分离效果,可以选择性优化分离方法。修改分离方法,请按6.5.6-6.5.9 进行重复。




图 6-47




图 6-48

你可以进一步优化方法。




图 6-49

色谱条件优化完成之后可以准备样品的制备。

6.6. 样品收集

根据需要选择合适的样品回收器和回收管;回收管可以用 15 ml 离心管或者玻璃试管。

试管高度应低于小车下边沿。


注意: 本仪器样品收集采用S型路径进行收集。

6.6.1 编辑纯化方法

根据20 ul方法摸索中得到的色谱图,编辑采集方法。可在分析方法上进行修订,在WFCIII模块,选择Collection Parameters,设置需要采集的色谱时间,%Peak Collection设为100。另外,请更改WFCIII的延迟体积为1.5 ml(如图6-51,右键-Configuration-1.5 ml-OK,点击Reset WFCIII操作,采集器将回到初始状态)



图 6-50






图 6-51

6.6.2 保存方法

保存6.6.1中编辑的方法及方法组文件(Method set),可覆盖分析阶段的方法。

6.6.3 建立纯化的样品组文件

同6.5.8-6.5.9,建议逐步增加进样量。注意增加上样量,色谱峰会展宽。另外,注意适当调整制备方法中的回收参数并保存方法。



图 6-52

6.6.4 运行纯化的样品组文件

Instrument Method 下拉选择6.6.2中的方法文件,点击Setup,加载制备方法,待系统压力差小于50 psi,点击Run按钮,按6.5.9.2进行运行。

6.6.5 运行状态查看

样品序列运行后,Run Sample界面会转跳到Running栏,当前运行的序列标记为红色,Run Sample界面会实时更新当前运行样品的色谱图,可进行放大查看。




图 6-53

6.7. 实验结束处理

6.7.1. 样品运行结束,务必走一针空白:

6.7.2. 冲洗柱子

根据色谱柱维护方法,对色谱柱进行冲洗处理。通常对于反相制备色谱柱进行: 先进行梯度冲洗: 90%A(0 min)---90%A(0.5 min)---100% B(3.5 min)---100%B (6.5 min)---90%A (6.6 min)---90%A (9.6 min)

最后用100%有机相冲洗色谱柱5 min, 色谱柱保留在纯乙腈中。

6.7.3. 关PDA紫外灯

Run Sample主页面,如图6-54,点击PDA模块右下角图标一次,弹出紫外灯关闭确 认对话框,点击Yes,可关闭PDA灯。





图6-54

6.7.4. 停流动相

如图6-48,在Run Sample界面,选择Quaternary Solvent Manager子窗口,点击流速,在Set Flow弹出界面,设置流速为0,点击对勾确认即可。




图6-55

6.7.5. 关质谱

在Waters QDa 子界面,点击右下角电源图标并进行确认。

- 6.7.6. 弹出样品盘(Autosampler-move tray forward)
- 6.7.7. 取出样品,做好仪器使用登记并收拾整理实验桌。
- 6.7.8. 退出基理系统。

核实仪器关机事项:灯(PDA)-水(流动相)-电(质谱电源)

请注意:使用前先检查仪器状况流动相体积和系统状态,一切正常方可操作;一旦开始实验,默认为使用前仪器状况良好;使用过程中出现故障须立即联系技术员;测试后请及时取回样品。

6.8. 查看/处理数据

6.8.1. 选择文件

在Empower主页,点击Browse Projects项,弹出Project选择对话框,请按6.5.2步骤 选择的文件路径,选择样品运行存储的项目。用户首先应在图6-57中找到自己课题组下 面的PREP-150文件,点击OK,进入结果查看页。




图6-56



图6-57

6.8.2. 页面介绍

图6-58是数据查看页面主页。可采用Sample Sets、Injections、Channels、Methods、Result Sets等方式进行数据查看。通常选择Sample Sets,查看运行的样品组文件, 右键--View as-Injections/Channels/Methods,可按不同方式进行查看。通常以Channel方式查看数据文件。






图6-59

6.8.3. Channel方式查看结果

图6-60是以Channel方式查看数据,在当前Channels栏,选中需要查看的数据,点击右键-Review(图6-61),即可查看数据。




图6-60




图6-61

6.8.4. 3D中提取2D数据

提取波长前图谱见6-62,在3D数据查看窗口输入某一波长,即可查看该波长下的2D色谱图(图6-63)。




图6-62






图6-63

6.8.5. 归一化处理


查看2D数据,Review-Process-Integrate



项,设置色谱峰峰高、宽度、面积阈值。



色谱峰面积积分后,可以放大色谱图,优化积分起始点,另外可以通过Options选



6.8.6. 质谱全扫描方式查看

- ① 在Channels方式中选中相关的MS Scan数据-右键-Review,即可查看有m/z, time, intensity形成的三维图谱结果;
- ② Process-Extract TIC chromatogram:查看全离子流形成的色谱图;
- ③ 在TIC chromatogram中,按住鼠标右键,选择某一时间区域拖动,即可提出这段时

间中出现的离子质荷比信息。

- ④ Process-Extract spectrum:提取某一时间的质谱图;
- ⑤ Process-Extract chromatogram:提取某一特定质荷比的离子出现的色谱图 以上所有谱图,选中后,右键-print,可将图谱另存为PDF文件并指定文件保存路径。

6.8.7. 回收管位置查看

- (1) 简单查看: Injection-右键-view as-Fraction
- (2) Injection---View as---同时选择紫外2D色谱图和WFC III Collection State, 右键---Preview---Overlay; 选中色谱图---右键---Properties---Chromatogram 勾选 Display Fraction Regions, Draw Fraction Lines和Label Fractions---OK,即可显示 Fraction 和 Tube编号。

6.9. 退出操作

实验结束请先关闭所有样品运行及数据查看窗口,最后退出Empower系统;

离开实验室前,请进行测试登记,从样品管理器中取出测试样,整理实验桌,确认 无误后,方可离开。

请注意:使用前先检查仪器状况流动相体积,尤其确保水相为新鲜,一切正常方可操作; 一旦开始实验,默认为使用前仪器状况良好;使用过程中出现故障须立即联系技术员; 测试后请及时取回样品。

7. 相关/支撑性文件

Q/WU FLHR001 文件编写规范


附录 1: 制备液相色谱简易操作指南。

附录 2: 制备液相色谱仪(反相) Prep150 RE 与 Prep150 RE MS 模式切换。


8. 记录

制备液相色谱仪(反相)使用登记表。

附录 1: 制备液相色谱简易操作指南



2. 制备液相色谱仪使用---色谱方法确认过程



附录 2: 制备液相色谱仪(反相)模式切换

- 1. 请按 6.6 步骤进行关流速、电源(PDA 不关);
- 2. 除 Empower 登录主界面外(图 1),关闭所有 Empower 登录后出现的新界面;



图 1

3. 以 Prep150_RE 切换成 Prep150_RE_MS 为例说明

Step1. 点击图 1 中 Configure the System,弹出 Configuration Manager(图 2),并选择 Systems




图 2

Step2. 明确 System Name 及在线状态

如图 3,制备液相色谱仪(反相)System Name:

(1) Prep150_RE, Yes; (2) Prep150_RE_MS No

Ē	System Name	System Location	Node Name	Node Location	OnLine	System Comments
1	1525_2707_2998		Lace01	4#219-220	Yes	
2	APC_RI		Lace01	4#219-220	Yes	APC_RI
3	GPC_2414		Lace01	4#219-220	No	GPC_2414
4	Hclass_PDA	4#219-220	Client06	4#219-220	No	Hclass_PDA
5	Hclass_pda		Lace02	4#219-220	Yes	Hclass_pda
6	Hclass_pda_QDa		Lace02	4#219-220	No /	Hclass_pda_QDa
7	Hclass_PDA_SQD2	4#219-220	Client06	4#219-220	Yes	Hclass_PDA_SQD2
8	Prep150_RE		Lace03	4#219-220	Yes	Prep150_2998
9	Prep150_RE_MS		Lace03	4#219-220	No	Prep150_2998_Qda
10	UPCC_PDA	4#219-220	Lace05	4#219-220	Yes	UPCC_PDA

图 3

Setp3. Prep150_RE 下线

选中 Prep150_RE---右键---石键----Take Offline, 等待系统切换直至显示"Successfully brought system 'Prep150_RE'Offline"窗口提醒(图 4-5)

Ē	System Name	System Location	Node Name	Node Location	OnLine	System Comments		
1	1525_2707_2998		Lace01	4#219-220	Yes			
2	APC_RI		Lace01	4#219-220	Yes	APC_RI		
3	GPC_2414		Lace01	4#219-220	No	GPC_2414		
4	Hclass_PDA	4#219-220	Client06	4#219-220	No	Hclass_PDA		
5	Hclass_pda		Lace02	4#219-220	Yes	Hclass pda		
6	Hclass_pda_QDa	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Lace02	4#219-220	No	Bring Online Take Offline New		
7	Hclass_PDA_SQD2	4#219-220	Client06	4#219-220	Yes	Delete Export to Text		
8	Prep150_RE	/	Lace03	4#219-220	Yes	System Properties Node Properties		
9	Prep150_RE_MS		Lace03	4#219-220	No	Copy Hide Column		
10	UPCC_PDA	4#219-220	Lace05	4#219-220	Yes	Show All Columns Print Table		
						Table Properties Column Properties		




图 5

Setp4. PREP150_RE_MS 上线

选中 PREP150_RE_MS ---右键---Bring online, 等待系统切换直至显示"Successfully brought system 'PREP150_RE_MS'Online"窗口提醒(图 6-7),点击确认。

_	_							
Ē	System Name	System Location	Node Name	Node Location	OnLine	System Comments		
1	1525_2707_2998		Lace01	4#219-220	Yes			
2	APC_RI		Lace01	4#219-220	Yes	APC_RI		
3	GPC_2414		Lace01	4#219-220	No	GPC_2414		
4	Hclass_PDA	4#219-220	Client06	4#219-220	No	Hclass_PDA		
5	Hclass_pda		Lace02	4#219-220	Yes	Hclass_pda		
6	Hclass_pda_QDa	1	Lace02	4#219-220	No	Hclass_pda_QDa		
7	Hclass_PDA_SQD2	4#219-220	Client06	4#219-220	Yes	Hclass_PDA_SQD2		
8	Prep150_RE	/	Lace03	4#219-220	Bring Online Take Offline	p150_2998		
9	Prep150_RE_MS	176	Lace03	4#219-220	New Delete	p150_2998_Qda		
10	UPCC_PDA	4#219-220	Lace05	4#219-220	Export to Text System Properties Node Properties	C_PDA		
	1 7			l	Copy			

图 6




图 7

Step5. 明确 System Name 及在线状态

变更之后,制备液相色谱(反相)System Name:

(1)Prep150_RE; on; (2) Prep150_RE_MS, Yes

Step6. 硬件切换

如图 8 三通, PDA 端和 WCF 端不变 PDA 入口不变;

Prep150_RE 模式: 用堵头堵住;

Prep150_RE_MS 模式: 取下堵头,将电喷雾毛细管入口拧上。

注:拆卸零件,请保存于自封袋;操作中请戴手套。




图 8

制备液相色谱仪(反相)使用登记表

日		使用人/课题组					检测方式		自主	
期		又川八/外及江							ロエ	
时	开始时间	结束时间		时间		总计				
间	(hh:mm)		(hh:ı	mm)		(hh:mm)				
样	样品名称或代号				样品种类					
品	数据存储路径									
信	(见备注)									
息	毒性及防护说明									
测	有机溶剂	甲醇□ 乙腈□ 其他(注明):								
试	检测器	PDA 检测器 口				质谱检测器 □				
信息	色谱柱类型									
		自备□			品牌:					
耗	溶剂				规格:					
材		平台提供 口				П		ı		
说明	进样瓶 (个)	留分回4		-回收管	回收管		色谱柱	É	备	
									一台	
其										
他										
说										
明										

备注:课题组负责人-PRPE 150 文件;

**请注意:使用前先检查谱仪状况,一切正常方可操作;一旦开始实验,默认为使用前仪器状况良好;使用过程中出现故障须立即联系技术员;测试后请及时取回样品。